成都市多数指挥中心AED管理维护巡检项目市场调研公告

成都市急救指挥中心本着公正、公平、公开的原则,拟对"成都市急救指挥中心 AED 管理维护巡检项目"以公开挂网的形式进行市场调研询价,热忱欢迎符合条件的单位前来参加,现将有关事宜公告如下:

- 一、项目名称:成都市急救指挥中心 AED 管理维护巡检服务项目
- 二、调研内容:成都市急救指挥中心 AED 管理维护巡检服务,现对采购预算进行调研(询价单见附件)。
 - 三、调研要求:
 - 1.满足各项设备技术参数要求。
- 2.请有意向的申请人于挂网之日起 3 个工作日内提交调 研询价表、参数、营业执照(加盖公章的复印件)及联系人 和联系方式,将以上材料加盖公章扫描件报送至邮箱:

四、联系方式:

2297374413@gg.com。

联系电话: 周老师 028-85320810

附件: AED 管理维护巡检服务项目调研表

成都市急救指挥中心 2025年11月11日

附件 1: AED 管理维护巡检服务项目调研表

AED 管理维护巡检服务项目市场调研表										
供应商(盖章):										
联系人及联系方式:										
序号	服务名称	数量	单位	技术参数	单价 报价 (元)	合计报价(元)				
1	AED 及机 箱设备 信息管 理	约 408 0 台 次	次	对所管辖的 AED 及智能外箱信息录入编辑、根据现场信息及耗材更换进行信息修改和维护;在管理平台中录入详细 AED 安装位置,保证同一位置、不同楼层的 AED 可以精确查找。						
2	AED 设备 安全管 理	340	台	对管辖范围内的 340 台 AED, 实时应对管理平台告警提示信息, 发现告警信息后及时与点位相关人员联系, 确认告警信息; 出现有效期、低电量或者维修提示后告知厂家, 并配合进行对症处理。保障 AED 设备能正常使用。						
3	人工巡检	约 408 0 台 次	次	安排专职人员每月对管辖范围内 AED 设备及智能外箱进行一次人工巡检						

4	资产统计	2	次	供应商需结合 2026 年全年数据,于 2026 年 12月10日前提交 2026 年年度管辖范围内 AED 设备、AED 配件及机柜的资产统计报告给采购人;于项目 2027 年9月提交 2027 年年度管辖范围内 AED 设备、AED 配件及机柜的资产统计报告给采购人。	
5	AED 电极 片及电 池棒维 保服务	20	套	提供 20 套 AED 电池 (飞利浦 M5070A) 20 套 AED 电极片 (飞利浦 989803139261) 的 维保服务,需提供飞利浦厂家针对项目的授权书,提供服务:电极片有效期不低于两年半,并且电极片效期内(两年半)如有救人使用或发生异常报警后及时更换;电池有效期不低于激活使用五年,并且电池效期内(激活使用五年内)如有低电量报警或无电情况及时更换保证使用正常。	

合计报价(元):

备注: 1. 报价含服务、安装及调试维护等所有费用。

2. 若有其他参数提供, 可另附页。